

VI SIKRER NØJAGTIGHEDEN AF DIN PIPETTE

Pipetter med bevægelige dele er som bekendt et præcisionsmåleudstyr, som skal plejes og serviceres regelmæssigt. Kun ved at foretage dette kan nøjagtigheden af pipetten fastholdes. Vedligeholdelsesintervallerne skal alt efter anvendelsesmængden af pipetten, foretages 1–2 gange om året.

Hvis Deres virksomhed eller laboratorie er certificeret i.h.t. DIN/ISO 8655 eller arbejder i.h.t. GLP/GMP er disse kalibrerings- og vedligeholdelsesintervaller sikkert allerede i faste rammer. Vi kan derfor tilbyde Dem en komplet service og vedligeholdelse af alle fabrikater af pipetter. Herunder kalibrering, reparation og justering af Deres pipetter:

ENKELT KANAL PIPETTE

Service, kalibrering incl. certifikat
5,2 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 499,00 Kr.

Ved reparation af pipette 250,00 Kr. + Reservedele

AKKREDITERET - ENKELT KANAL PIPETTE

Service, kalibrering incl. akkrediteret certifikat
5,3 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 50 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 820,00 Kr.

Ved reparation af pipette 250,00 Kr. + Reservedele

8-KANALS PIPETTE

Service, kalibrering incl. certifikat
5,2 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 1.211,00 Kr.

Ved reparation af pipette 375,00 Kr. + Reservedele

AKKREDITERET - 8-KANALS PIPETTE

Service, kalibrering incl. akkrediteret certifikat
5,3 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 50 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 1.685,00 Kr.

Ved reparation af pipette 375,00 Kr. + Reservedele

12-KANALS PIPETTE

Service, kalibrering incl. certifikat
5,2 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 1.465,00 Kr.

Ved reparation af pipette 375,00 Kr. + Reservedele

AKKREDITERET - 12-KANALS PIPETTE

Service, kalibrering incl. akkrediteret certifikat
5,3 kalibrering:

- 5 målinger ved 10 % af max. vol.
- 5 målinger ved 50 % af max. vol.
- 5 målinger ved 100 % af max. vol.

Pris 2.115,00 Kr.

Ved reparation af pipette 375,00 Kr. + Reservedele

MULTIPIPETTE/HANDYSTEPPER/DISPENSER

Service, kalibrering incl. certifikat
10,1 kalibrering, Anbefales 5 ml:

- 10 målinger ved 10 % af max. vol.

Pris 499,00 Kr.

Ved reparation af pipette 250,00 Kr. + Reservedele

ANTAL PIPETTER TIL KALIBRERING

| | Enkelt kanal pipette | | | 8-Kanals Pipetter | | | 12-Kanals Pipetter | | | Multipipette/ Handystepper/Dispenser | | |
|---|----------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------|--------------------|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | Antal | Art.-Nr. | Pris DKK* | Antal | Art.-Nr. | Pris DKK* | Antal | Art.-Nr. | Pris DKK* | Antal | Art.-Nr. | Pris DKK* |
| Service, kalibrering incl. certifikat | _____ | 3560 | 499,00 | _____ | 3561 | 1.211,00 | _____ | 3562 | 1.465,00 | _____ | 3588 | 499,00 |
| Service, kalibrering incl. akkrediteret certifikat | _____ | 3573 | 820,00 | _____ | 3574 | 1.685,00 | _____ | 3575 | 2.115,00 | | | |

* Pris pr. Pipette
Alle priser er ekskl. moms

LISTE OVER PIPETTER, DER SKAL KALIBRERES/AFPRØVES

| Pipette / Type | Volumen | Serienummer | Fejlbeskrivelse | Th. Geyer ordrenr. |
|----------------|---------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |



OBS.!

Der skal medsendes min. 10 stk. af de anvendte pipette tips, så pipetten bliver kalibreret korrekt.
Vedr. Handystepper/Dispenser anbefales 5 ML. spidser.

- Ved reparationsomkostninger højere end 600 Kr. (Manuelle singel pipette) & 1.600 Kr. (elektronisk single pipette) skal det afstemmes før udførsel
- Såfremt reparationsomkostningerne overstiger prisen for en ny pipette, fremsend da venligst tilbud på en ombytningsmodel
- Såfremt pipetten skal kasseres, ønskes pipetten da retur? Vi kan bortskaffe pipetten på forsvarlige vis, da vi har elektronik, plast sortering

Kontamineringserklæring

Den underskriftberettigede herunder erklærer hermed:

- At den fremsendte pipette er rengjort i en sådan grad at kontaminering og yderligere sundhedsmæssige risici for Th. Geyer's udførsel af arbejdet med denne pipette ikke kan forekomme
- At vedkommende er godkendt til afgivelse af en sådan erklæring for hele virksomheden

AFSENDER/KUNDENS OPLYSNINGER

| | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Afsender (Navn) | Kundenummer | Deres ordre nr. / Reference |
| Firmanavn / Universitet / Institut | | Afdeling |
| Adresse / vejnavn / postboks | | Post nr. / By |
| Telefon | | E-Mail |
| Sted / Dato | | Underskrift |

Deres ordre/opgave vil blive udført efter vores gældende salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet aftales skriftligt.